



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO**

Jalan Kom Yos Sudarso No. 42, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716  
Pos-el: rsud.adp42@gmail.com



### URAIAN SINGKAT

#### Pengadaan Pemeliharaan Alat CCSD Autoclave HS 33

- A. LATAR BELAKANG** Sebagai cara untuk mencegah penyebaran infeksi dan memastikan keamanan pasien dan staf medis, Rumah sakit membutuhkan Autoclave untuk mensterilisasi peralatan medis dan limbah medis  
Berdasarkan pengecekan mesin yang dilakukan oleh Kepala Unit IPRS bersama Teknisi pada tanggal 22 Mei 2025 diketahui bahwa kondisi mesin saat ini belum dapat berfungsi disebabkan oleh Error Pressure.  
Melihat kendala tersebut dibutuhkan secepatnya proses pengadaan untuk memperbaiki Autoclave HS33 tersebut.
- B. MAKSUD DAN TUJUAN** Maksud dari Pengadaan Pemeliharaan Alat CCSD Autoclave HS 33 adalah untuk memastikan alat sterilisasi/Autoclave dapat berfungsi kembali dan menghindari terjadinya penyebaran infeksi dan memastikan keamanan pasien dan staf medis.  
  
Tujuan dari Pengadaan Pemeliharaan Alat CCSD Autoclave HS 33 adalah tersedianya alat sterilisasi/Autoclave yang berfungsi dengan baik dalam pencegahan penyebaran infeksi dan memastikan keamanan pasien dan staf medis
- C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**
1. Lokasi Pekerjaan adalah UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
  2. Lingkup Pekerjaan adalah Pengadaan Pemeliharaan Alat CCSD Autoclave HS 33.
  3. Lingkup Tugas adalah menyediakan peralatan/mesin/suku cadang yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dan perbaikan mesin Autoclave HS 33 serta melaksanakan perbaikan dan pemasangan alat.
- D. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA**
1. Melaksanakan penyediaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan dalam perbaikan Alat Kesehatan Autoclave Type HS 33.
  2. Memastikan peralatan dan mesin yang dibutuhkan dalam keadaan baik sesuai dengan merk yang dipakai serta berkualitas dan siap mengganti kerusakan barang yang diakibatkan kelalaian penyedia atau kerusakan pada saat pengiriman.

3. Menyiapkan dan Memastikan pengiriman peralatan dan mesin yang dibutuhkan sampai dilokasi pekerjaan.
4. Melaksanakan Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemasangan peralatan dan mesin.
5. Memastikan Alat Kesehatan Autoclave Type HS 33 pada Instalasi CCSD dapat berfungsi dengan baik.
6. Memberikan garansi pemeliharaan dan perbaikan pada tahun berjalan.

E. JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan alat kesehatan Autoclave HS 33 pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah 45 (Empat Puluh Lima) hari Kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak.

F. KELUARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan diadakan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Peralatan/Mesin/Spare Part Alat Kesehatan/Alat Kedokteran dan Jasa Pemeliharaan Alat CCSD Autoclave adalah terlaksananya pencegahan penyebaran infeksi dan memastikan keamanan pasien dan staf medis.



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BLUD UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro  
Putussibau

dr. Herlina  
NIP. 19860917 201101 2 019